

PT. SANTOS JAYA ABADI		FORM		NO. FORM.		: QF/MTC/01	
				REV. NO.		: 03	
FORM				HALAMAN		: 1/1	
				BERLAKU		: 23-03-2015	
NO. SMRO : SDA.2405.0022				SUBMIT			
EQ. ID : SDA.04.QAB.CKR.09				PELAPOR			
BAGIAN : OTHER (LAIN2);VACUUM BIS				WIDA			
KENDALA : OTHER (LAIN2);TEKANAN TIDAK BISA NAIK				WAKTU SUBMIT		5/6/2024 11:00:55 AM	
KETERANGAN EQ. ID:				CONFIRM			
CEK KEBOCORAN VACCUM CHAMBER 400 X 400 X 400 MAT. ACRILIC TBL.30 M 01 QC LAB AB				CONFIRM BY: YULI ARIWIBOWO			
				NOTE: di trima			
				WAKTU CONFIRM		5/6/2024 1:17:37 PM	
LAPORAN KERUSAKAN :				START			
VACUUM BIS DI AREA STOPPER BELAKANG QC LAB A (BARCODE 1900006602) TEKANANNYA TIDAK BISA NAIK (URGENT)				TECHNICIAN : YULI ARIWIBOWO			
				NOTE: di kerjakan			
				WAKTU START		5/13/2024 12:12:35 AM	
KERUSAKAN TEKNIS :				FINISH			
MOTOR VACUM TDK BISA NAIK				TECHNICIAN : YULI ARIWIBOWO			
				NOTE: slesai			
				WAKTU FINISH		5/13/2024 6:20:50 AM	
DESKRIPSI PERBAIKAN :				COMPLETE			
MOTOR VACUM TDK BISA NAIK				COMPLETE BY:			
				NOTE:			
				WAKTU COMPLETE			
SPESIFIKASI PENGANTIAN PART :				CLOSE			
OIL SEAL;1.00;0.00				CLOSE BY :			
				NOTE:			
				WAKTU CLOSE			
PAUSE:		JENIS KERUSAKAN:		SUPPORT:			
KONDISI MESIN							
1. PERBAIKAN DALAM KEADAAN MESIN OFF				3. MESIN BEBAS DARI SISA MUR, BAUT, DLL			
2. LOTO TERPASANG SAAT PERBAIKAN				4. MESIN BERSIH DARI KOTORAN PERBAIKAN			
UTAMAKAN KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA							